

ДИСКИ С ОПТОХИНОМ (ОПТО-Ф)Дифференциация *Streptococcus pneumoniae*

IVD

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Диски с оптохином предназначены для дифференциации *Streptococcus pneumoniae*.

ПРИНЦИП

Штаммы *Streptococcus pneumoniae*, как правило, чувствительны к оптохину, в то время как другие стрептококки, в частности, α-гемолитические, устойчивы (2).

СОСТАВ НАБОРА

REF 55 912 2 тубы по 30 дисков
(9 мм) + 1 инструкция

СОСТАВ

Расчетный состав в единицах на диск:
Оптохин (этилгидрокупреина гидрохлорид) 0.023

НЕОБХОДИМЫЕ РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАБОР**Реактивы:**

- Агар Коламбия + 5% бараньей крови (Ref. 43 041 или 43 049).
- Трипказо-соевый агар + 5 % бараньей крови (Ref. 43 001 или 43 009).

Материалы:

- Контейнеры для инкубации + газогенераторы (или анаэростат).
- Термостат.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Только для диагностики *in-vitro*.
- Только для профессионального использования.
- При работе с образцами и микробными культурами необходимо соблюдать стерильность в соответствии с "NCCLS M29-A, Protection of Laboratory Workers from Instrument Biohazards and Infectious Disease Transmitted by Blood, Body Fluids, and Tissue; Approved Guideline – Декабрь 1997". За дополнительной информацией обращайтесь к "Biosafety in Microbiological and Biochemical Laboratories, HHS Publication No. (CDC) 93-8395, 3е издание, Май 1993", а также нормативам, принятым в Вашей стране.
- Не используйте реактивы по истечении срока годности.
- Не используйте диски с видимыми дефектами (влажные, окрашенные, пр.).
- При работе следуйте инструкции. Любые изменения описанной процедуры могут привести к искажению результатов.
- При интерпретации результатов необходимо принимать во внимание анамнестические данные больного, источник выделения микроорганизма, морфологию колоний, данные клеточной микроскопии, а также результаты других проведенных исследований.

ХРАНЕНИЕ

- Хранить в оригинальной упаковке при 2-8°C до истечения срока годности.
- Беречь от света.
- После вскрытия упаковки хранить (в тубе) не более 3 месяцев при 2-8°C.

ОБРАЗЦЫ

Чистая культура стрептококков.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Выдержите тубу с дисками до достижения комнатной температуры.
2. Засейте чашку частыми штрихами (понадобится несколько колоний исследуемой культуры), чтобы получить сплошной рост.
3. На поверхность засеянной чашки поместите диск с оптохином.
4. Поместите чашку в анаэростат или контейнер для инкубации в обогащенную CO₂ атмосферу.
5. Инкубируйте в перевернутом положении (вверх дном) при 37°C в течение 24 часов.

УЧЕТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

- По окончании инкубации оцените диаметр зоны ингибирования роста вокруг диска с оптохином. Оптохин ингибирует рост *Streptococcus pneumoniae*: диаметр зоны ингибирования 15 мм и более.
- Для окончательной идентификации пользуйтесь биохимическими и/или иммунологическими методами (3).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА**Протокол:**

Для проверки активности дисков рекомендуется использовать следующий штамм (культивирование осуществляется на трипказо-соевом агаре + 5% бараньей крови):

Streptococcus pneumoniae ATCC 6305

Результаты, инкубация 24 часа при 33-37°C:

Диаметр зоны ингибирования роста: от 15 до 35 мм.

Примечание:

Контроль качества следует проводить в соответствии с действующими нормами и положениями (частота, количество штаммов, температура инкубации...).

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

Тест на чувствительность к оптохину предназначен для предварительной оценки.

Результаты теста зависят от индивидуальной чувствительности исследуемого штамма к оптохину (1).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В исследовании использовали 20 бактериальных штаммов (*Streptococcus pneumoniae*, другие стрептококки и стафилококки). Культивирование осуществляли при 37°C.

Для 11 из 12 исследованных штаммов *Streptococcus pneumoniae* диаметр зоны ингибирования роста составил 15 мм или более.

Рост остальных 8 штаммов (прочие стрептококки, стафилококки) не ингибировался.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Неиспользованные реактивы можно считать неопасными и утилизировать в соответствии с правилами утилизации неопасных отходов.

Использованные реактивы и контаминированные материалы следует утилизировать в соответствии с правилами утилизации инфекционных материалов. Ответственность за утилизацию несут сотрудники лаборатории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Actualités bactériologiques et épidémiologiques du pneumocoque – *Le Pharmacien Biogiste*, 1983, vol. 17, n°145, p. 189-198.
- BOWERS E.F., JEFFRIES L.R. – Optochin in the identification of *Str. pneumoniae* – *J. Clin. Path.*, 1955, vol. 8, p. 58.
- MUNDY L.S., JANOFF E.N., SCHWEBKE K.E. et al. – Ambiguity in the identification of *Streptococcus pneumoniae* Optochin, Bile Solubility, Quellung, and the AccuProbe DNA Probe Tests – *Am. J. Clin. Pathol.*, Jan. 1998, vol. 109, n°1, p. 55.

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Символ	Обозначение
REF	Номер по каталогу
IVD	Для диагностики <i>in vitro</i>
	Произведено
	Температурные ограничения
	Беречь от света
	Использовать до
LOT	Номер партии
	Перед использованием прочтите инструкцию
	Содержимого достаточно для <n> тестов