

Selenite F broth (SELENITE F-T)**Селенитовый бульон**Бульон для обогащения *Salmonella***КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ**

Данная среда предназначена для обогащения сальмонелл при исследовании образцов фекалий (1).

ПРИНЦИП

Состав среды способствует росту сальмонелл при посеве полимикробных образцов.

После обогащения в селенитовом бульоне следует сделать высеv на твердую среду для выделения сальмонелл.

СОСТАВ НАБОРА**Готовая к использованию среда**

REF 42099 20 x 9 мл, пробирки

СОСТАВ СРЕДЫ**Расчетный состав.**

Среду можно модифицировать в соответствии с целями исследования:

Казеиновый и мясной пептон (бычий и свиной).....	5 г
Лактоза (бычья).....	4 г
Натрия фосфат	10 г
Натрия селенит*	3 г
Очищенная вода	1 л

рН 7.0

*** Обозначение опасности**

H412 : Вредно для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.

*** Меры предосторожности**

P273 : Не допускать попадания в окружающую среду. Дополнительную информацию см. в паспорте безопасности материала (MSDS).

НЕОБХОДИМЫЕ РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАБОР**Реактивы**

- Агар SS для селективного выделения *Salmonella* и *Shigella* (Ref. 43091 / 51043)
- Агар Hektoen для селективного выделения *Salmonella* и *Shigella* (Ref. 43111 / 51050)
- Агар SM® ID (Ref. 43291).
- Хромогенный агар chromID™ *Salmonella* для селективного выделения и дифференциации *Salmonella* (Ref. 43621 / 43629) и хромогенный агар chromID™ *Salmonella* Elite (Ref. 412108 / 415005).

Материалы

- Термостат.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для лабораторной диагностики.
- Для профессионального использования.
- См. обозначения опасности "H" и меры предосторожности "P" перечисленные выше.

- Данный набор содержит вещества животного происхождения. Сертификат происхождения и/или санитарного состояния животных не гарантирует отсутствия трансмиссивных патогенных агентов. Рекомендуется обращаться с этими веществами как потенциально опасными и в соответствии с принятыми нормами (не вдыхать, не глотать).
- При работе с образцами и микробными культурами необходимо соблюдать стерильность в соответствии с "CLSI® M29-A, Protection of Laboratory Workers From occupationally Acquired Infections; Approved Guideline – действующая версия". За дополнительной информацией обращайтесь к "Biosafety in Microbiological and Biochemical Laboratories - CDC/NIH – последнее издание", а также нормативам, принятым в Вашей стране.
- Не используйте среды в качестве компонентов и сырья для производства.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте пробирки со следами контаминации.
- Перед использованием убедитесь в целостности пробки.
- В бульоне могут присутствовать микроскопические элементы, возможно, из разрушенных клеток микроорганизмов. Это не влияет на рабочие характеристики среды.
- Данная среда может иметь незначительный оранжевый преципитат или быть слегка оранжевого цвета. Это не повлияет на рабочие характеристики продукта.
- Используйте среду в соответствии с данной инструкцией. Любые изменения могут повлиять на результат.

ХРАНЕНИЕ

- Храните пробирки в оригинальной упаковке при 2-8°C до истечения срока годности.

ОБРАЗЦЫ

В среду производится посев из образца фекалий, без предварительной подготовки. Соблюдайте правила надлежащей лабораторной практики при взятии и транспортировке образцов.

ПРИМЕНЕНИЕ

1. Выдержите пробирки до достижения комнатной температуры.
2. Внесите в пробирку 1-2 г твердого образца фекалий или 0.5-1 мл жидкого образца фекалий.
3. Встряхните для гомогенизации суспензии.
4. Инкубируйте пробирки при 37°C в течение 24 часов. Необходимо правильно выбрать температуру инкубации, в соответствии с действующими стандартами.
5. Сделайте высеv 10 мкл на селективный агар для выделения и определения сальмонелл (SS, Hektoen, SM® ID, chromID™ *Salmonella*, др.).
6. Инкубируйте при 37°C в течение 24 часов.

УЧЕТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

См. инструкцию к используемому агару.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для контроля питательных свойств среды можно использовать следующие штаммы:

- *Salmonella typhimurium* ATCC® 14028™
- *Escherichia coli** ATCC® 25922™

* При использовании данного штамма, засейте параллельно пробирку с трипказо-соевым бульоном (контроль).

Результаты:

Штамм	Результат при 33-37°C, высеив на агар SS
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC® 14028™	Рост через 24 часа обогащения.
<i>Escherichia coli</i> ATCC® 25922™	Рост менее выраженный, чем в контроле.

Примечание:

Контроль качества следует проводить в соответствии с назначением среды, целями исследования и действующими законодательными нормами (частота, количество штаммов, температура инкубации, пр.).

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

Рост зависит от индивидуальных потребностей микроба / штамма. Некоторые штаммы сальмонелл, имеющие специфические ростовые потребности, могут не развиваться на данной среде.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оценку рабочих характеристик проводили при 37°C с использованием 38 бактериальных штаммов (сальмонеллы, другие грам(-) и грам(+) бактерии).

Обогащение:

При тестировании 13 штаммов сальмонелл проводили обогащение в селенитовом бульоне с 24-часовой инкубацией.

Совместимость со средами для культивирования образцов фекалий:

После обогащения в селенитовом бульоне был произведен высеив на агара SS, Hektoen, SM® ID и chromID™ *Salmonella*. Все 13 штаммов сальмонелл образовали характерные колонии.

Селективные свойства:

Рост микроорганизмов, не принадлежащих к роду *Salmonella*, зависит от свойств агара, используемого для высеива после обогащения.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Неиспользуемые реагенты следует утилизировать в соответствии с процедурами для опасных химических отходов.

Использованные среды и другие контаминированные материалы следует утилизировать в соответствии с требованиями, предъявляемыми для утилизации инфекционных материалов.

Сотрудники лаборатории несут ответственность за утилизацию отходов в соответствии с типом и классом опасности и согласно действующим правилам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. LEIFSON E. - New selenite enrichment media for the isolation of typhoid and paratyphoid (*Salmonella*) bacilli - A. J. Hygiene, 1936, vol. 24, p. 423-432.

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Символ	Обозначение
	Номер по каталогу
	Для лабораторной диагностики
	Произведено
	Температурные ограничения
	Использовать до
	Номер партии
	Перед использованием прочтите инструкцию
	Содержимого достаточно для <n> тестов
	Дата изготовления

ИСТОРИЯ ПЕРЕСМОТРОВ

Изменение категорий типа

Н/П	Не применимо (первое издание)
Корректура	Исправление ошибок в документации
Технические изменения	Добавление, пересмотр и/или удаление касающейся продукта информации
Административные изменения	Введение изменений нетехнического характера, заслуживающих внимания пользователя
Примечание:	<i>Незначительные типографские, грамматические изменения и изменения в форматировании в историю пересмотров не включены.</i>

Дата выпуска	Номер раздела	Тип изменений	Обзор изменений
2015/01	08541G	Административные изменения	Таблица символов и обозначений Создание таблицы история пересмотров.
		Технические изменения	состав набора меры предосторожности

BIOMERIEUX, голубой логотип, SM и chromID являются используемыми, зарегистрированными и/или находящимися в процессе регистрации торговыми марками, принадлежащими компании bioMérieux, одной из дочерних или входящих в ее группу компаний.
ATCC торговая марка и товарный знак, а также любые номера по каталогу ATCC являются торговыми марками, принадлежащими Американской коллекции типовых культур.
CLSI является торговой маркой, принадлежащей Институту клинических лабораторных стандартов.
Другие названия и торговые марки являются собственностью их законных владельцев.



 bioMérieux SA
376 Chemin de l'Orme
69280 Marcy-l'Etoile - France

673 620 399 RCS LYON
Тел. 33 (0)4 78 87 20 00
Факс 33 (0)4 78 87 20 90
www.biomerieux.com

