

## **CA CLEAN I**

**CA CLEAN I** : промывочный раствор для автоматических коагулометрических анализаторов

### **НАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначен для промывки дозаторов автоматических коагулометрических анализаторов

### **СОСТАВ**

Натрия гипохлорит 1.0%

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Использовать только для диагностики In Vitro.
2. Является щелочью. Соблюдайте осторожность при обращении с продуктом.
3. При попадании на слизистые оболочки глаз и рта, незамедлительно промыть их большим количеством воды; в случае необходимости обратитесь к врачу.
4. При попадании моющего средства на руки, кожные покровы необходимо промыть большим количеством воды.
5. Нейтрализовать и смывать большим количеством воды
6. Не замораживать.
7. Реагент хранить в темном месте, использовать в течение 1 месяца после вскрытия.
8. После вскрытия предохранять от загрязнения.
9. Не использовать после окончания срока годности.

### **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

За информацией о правильном использовании обращаться к Руководству пользователя автоматических коагулометров.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ**

Хранить в темном месте при температуре от 2 до 8 ° C (не замораживать).

Срок годности указан на коробке и этикетке флакона.

Стабилен в течение 1 месяца после вскрытия.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

SYSMEX CORPORATION

1-5-1 Wakinohama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

### **ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

Europe: SYSMEX EUROPE GMBH

Bornbarch 1, 22848 Norderstedt, Germany

North America: SYSMEX AMERICA, INC.

1 Nelson C. White Parkway, Mundelein, IL 60060, U.S.A.  
Japan: SYSMEX CORPORATION  
1-5-1 Wakino-hama-Kaigandori, Chuo-ku, Kobe 651-0073, Japan

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

CA CLEAN I (GSA-500A) 50 mL x 1 бутылка

**Дата выпуска:** октябрь 2005